

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 17.03.2016 г., 9.30 ч., в гр. Русе, сградата на КОЦ-Русе ЕООД – Кабинет № 8 (юрисконсулт), в изпълнение на Заповед № 321/15.03.2016 г., 14.00 ч., на Управителя на КОЦ-Русе ЕООД, комисия в състав:

Председател: д-р Никола Билдирев – началник отделение по Лъчелечение

Членове: 1. д-р Биляна Корабова – лекар ординатор в отделение по Лъчелечение

2. инж. физ. Здравко Янков – физик в отделение по Лъчелечение

3. физ. Кремена Петрова – физик в отделение по Лъчелечение

4. Венцислава Апостолова – юрисконсулт,

се събра във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *«Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска апаратура - Медицински мултимодален напълно дигитален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с планираща, верификационна и пациентна информационна система, с включени всички разходи по извършване на пълен пакет от сервизни услуги»*, открита с решение № 143 от 01.02.2016 г. на управителя на КОЦ-Русе ЕООД, номер на документа в Регистъра на обществените поръчки - ID № 711058, публикувано обявление в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 036785 в брой S023 от 03.02.2016 г. и в Регистъра на обществените поръчки под № 711059 по партида 00281-2016-0001.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик № 2 на допуснатия участник.

В плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” на Участник № 1 - „Евромед - София” ООД, се установи наличие на следните документи:

1. Предложение за изпълнение на поръчката, в което е посочен срок за изпълнение на поръчката – по образец.

2. Оторизационно писмо, издадено от производителя на медицинската апаратура, удостоверяващо правата на участника за представителство и търговия с оригинални резервни части за тази апаратура на територията на РБългария – в заверено от участника копие на езика, на който е издадено, и в превод на български език.

3. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – по образец:

В декларацията за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, Участникът е посочил, че желае информацията, съдържаща се в цялото съдържание от техническото предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (*без да уточни вида на тайните, съобразно указанието в образеца*), както и че не би желал тази информация да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Комисията прецени декларираното обстоятелство и единодушно реши, че не приема информацията, съдържаща се в цялото съдържание от техническото предложение, да се счита за конфиденциална, мотивирана от следното:

Съгласно чл.33, ал.5 от ЗОП, възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП. Комисията счита, че в случая информацията, съдържаща се в техническото предложение на участника, не се явява конфиденциална по смисъла на чл.33, ал.4 от ЗОП, т.к. не съдържа нито техническа, нито търговска тайна. Техническото предложение на участника представлява образец на Възложителя, публикуван с документацията за обществената поръчка. Информацията, съдържаща се в Техническото предложение, е информацията, посочена от Възложителя в Техническата спецификация и Проекта на договор, като предложените от участника времеви периоди в техническото предложение, са времеви периоди за съответното действие, посочени от Възложителя като максимални в Техническата спецификация.

Участникът е предложил да изпълни поръчката по следния начин:

I. Сервизно обслужване на извънгаранционната медицинска апаратура - Медицински мултимодален напълно дигитален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с планираща, верификационна и пациентна информационна система – 1 бр., модел Elekta Synergy® Platform, сериен № 153148, предмет на обществената поръчка, което включва следните дейности:

1. Извършване на необходимите профилактики на медицинската апаратура при спазване

разпоредбите на нормативната уредба за работа с източници на йонизиращи лъчения - по график, съгласуван с Възложителя, с периодичност съобразно изискванията на производителя, но не по-малко от 4 (четири) пъти годишно. По време на профилактиката ще се сменят детайли, според предписанията на производителя на апаратурата.

2. Отстраняване на възникнали повреди и извършване на необходимите ремонти на медицинската апаратура, при:

Срок на реакция в часове, считано от уведомяването от възложителя – до 6 (шест) часа.

Срокът на реакция е максимален срок, в който сервизните специалисти започват действия за отстраняването на възникнала повреда.

Времето за работа ще бъде съобразено с нормативно разрешеното работно време за работа с източници на йонизиращи лъчения.

Срок за отстраняване на повреда на медицинската апаратура - до 5 (пет) работни дни от изтичане срока на реакция.

При констатирана необходимост от влягане на оригинални резервни части, ще представи на възложителя констативен протокол за състоянието на медицинската апаратура. Срокът за отстраняване на повредата в този случай започва да тече от датата на доставка на оригинални резервни части.

Срок за доставка на оригинални резервни части в дни, считано от датата на установяване необходимостта от такива – до 7 (седем) работни дни.

Ще осигури аварийна група за поддръжка и сервизно обслужване в периода от 17,00 ч.- 08,00 часа в почивните и празничните дни чрез гореща телефонна линия.

Сроковете по т.2 се изчисляват от часа, следващ този, в който е получено уведомлението за повреда /дена, в който е доставена оригинална резервна част/, и изтича в края на последния час/ден. Когато последният час/ден изтича в неприсъствен ден, срокът изтича в първия следващ работен ден.

3. Осигуряване на нови, оригинални резервни части за медицинската апаратура – в срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на установяване необходимостта от такива.

В случай, че по време на действие на договора дефектират отделни части от медицинската апаратура или ресурсът им се изчерпи, ще извърши следните дейности:

- Демонтаж на наличната част.
- Изнасяне на демонтираната част извън „КОЦ-Русе“ ЕООД.
- Връщане на демонтираната част на производителя.
- Доставка на нова и неупотребявана част.
- Монтаж и настройка на новодоставената част.
- Пускане в експлоатация на медицинската апаратура.

Възложителят предава на изпълнителя всички демонтирани части от апаратурата, предмет на поръчката, за връщане на производителя.

Доставените оригинални резервни части ще са технически съвместими с наличната медицинска апаратура.

Доставените резервни части ще са оригинални, нови и неупотребявани.

Производителят на резервните части е внедрил при себе си система за управление на качеството, сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008, или други еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

При доставка на резервна част, ще представи сертификат за нанесена SE-маркировка и/или Декларация за съответствие на оригиналната резервна част, издадена от производителя на съответното медицинско изделие.

4. Даване на указания на персонала на възложителя за правилната експлоатация на медицинската апаратура.

5. Задължителното обновяване на инсталираната версия на системния софтуер на ускорителя и планиращата система и актуализация на необходимите лицензии по препоръка на производителя.

Ще информира Възложителя за нова версия на системния софтуер, и ще е в състояние да извърши надграждането и обновяването му. В случай че се извърши такова надграждане и обновяване, ще извърши обучение на персонала за работа с обновения софтуер.

II. Гаранционни срокове:

Гаранционният срок на извършените ремонти/профилактики и на доставени оригинални резервни части е 6 (шест) месеца от датата на протокола за извършения ремонт/профилактика.

III. Протоколиране на дейността:

Ще води отчетност за извършената работа по изпълнение на поръчката, като за целта ще попълва протокол за всяка извършена работа, съдържащ: имената на специалистите, извършили обслужването; типа на извършената работа (профилактика, ремонт и т.н.); причината за повредата. Екземпляр от този протокол ще се представя на Възложителя.

При невъзможност за отстраняване на технически дефект, ще представи предложение за бракуване на медицинската апаратура.

IV. Транспорт:

Извършването на всички дейности по сервизното обслужване ще се осъществява с транспорт на изпълнителя. Профилактиките и ремонтите ще се извършват по местонахождението на медицинската апаратура на територията на лечебното заведение. При необходимост, отделни действия от сервизното обслужване на медицинската апаратура ще се извършват в ремонтна база, извън територията на лечебното заведение, като транспортирането на техниката се извършва от и за сметка на Изпълнителя.

Сервизното обслужване на извънгаранционната медицинска апаратура, предмет на обществената поръчка, ще се извършва от технически лица, които притежават удостоверения за правоспособност за работа с ИИЛ и са преминали обучение за поддръжка на линейни ускорители.

Участникът е посочил телефон, факс и ел.адрес, на които се подават заявки за ремонт.

При сключване на договора ще провери изправността на Апаратурата и условията, при които тя работи.

Ще изпълнява поръчката за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от деня, следващ датата на подписването му.

След направена преценка на техническото предложение, комисията единодушно реши, че Участник № 1 - „Евромед - София” ООД, предлага да изпълни поръчката по начин, който напълно съответства на изискванията на възложителя.

Комисията реши да премине към оценяване на офертата на Участник № 1 - „Евромед - София” ООД при спазване на предварително утвърдените и обявени критерии, а именно “Най-ниска цена”.


Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.


Комисията реши заседанието, на което ще се отвори плик № 3 на допуснатия участник, да се проведе на **23.03.2016 г., в 9.30 часа**, в град Русе, в сградата на КОЦ-Русе ЕООД – Кабинет № 8 (юрисконсулт).


Комисията реши да обяви датата, часа и мястото на отварянето на ценовите оферти чрез съобщение в профила на купувача, което да бъде публикувано не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.


С посоченото, Комисията закри второто си заседание, за което на 17.03.2016 г. се изготви настоящия протокол.

Протоколът се подписа от всички членове на Комисията, както следва:

Председател: д-р Никола Билдирев – 

Членове: 1. д-р Биляна Корабова – 

2. инж. физ. Здравко Янков – 

3. физ. Кремена Петрова – 

4. Венцислава Апостолова – 